

| 撮影部位<br>(撮影方向) | 当院における<br>成人平均体型の<br>撮影線量 | 日本放射線技師会<br>放射線診療における<br>低減目標値 | IAEA<br>ガイダンスレベ<br>ル |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 頭部(正面)         | 1.23                      | 3                              | 5                    |
| 頭部(側面)         | 0.91                      | 2                              | 3                    |
| 頸椎(正側面)        | 0.30                      | 0.9                            | —                    |
| 胸椎(正面)         | 1.69                      | 4                              | 7                    |
| 胸椎(側面)         | 2.39                      | 8                              | 20                   |
| 胸部(正面)         | 0.16                      | 0.3                            | 0.4                  |
| 胸部(側面)         | 0.43                      | 0.8                            | 1.5                  |
| 腹部(正面)         | 1.01                      | 3                              | 10                   |
| 腰椎(正面)         | 2.30                      | 5                              | 10                   |
| 腰椎(側面)         | 4.83                      | 15                             | 30                   |
| 骨盤(正面)         | 1.92                      | 3                              | 10                   |
| 股関節(正面)        | 1.92                      | 4                              | 10                   |
| 大腿部            | 0.39                      | 2                              | —                    |
| 膝関節            | 0.11                      | 0.4                            | —                    |
| 足関節            | 0.05                      | 0.3                            | —                    |
| 前腕部            | 0.04                      | 0.2                            | —                    |
| 手指部            | 0.01                      | 0.1                            | —                    |

(mGy)

NDDによる皮膚面での  
被曝算出